Bedienungsanleitung



REF	**Schure Socket XL**	**800-0134**
REF	**Schure Socket XL (EU)**	**800-0134-EU**
REF	**Schure Socket XL (UK)**	**800-0134-UK**
REF	**Schure Socket XL (DEN)**	**800-0134-DEN**
REF	**Schure Socket XL (JPN)**	**800-0134-JPN**
REF	**Schure Socket XL (SWISS)**	**800-0134-SWISS**

VERWENDUNGSZWECK
Der Verwendungszweck ist die Befestigung von chirurgischen Zubehörteilen am OP-Tisch. Das Gerät ist für medizinisches Fachpersonal in Krankenhäusern und Operationszentren bestimmt.

ANLEITUNG
Machen Sie sich vor der Verwendung am Patienten mit den Funktionen des Patientenpositionierungsgeräts vertraut. Üben Sie vor der klinischen Verwendung stets an einer Pflegekraft, einem Arzt oder einem anderen geeigneten Freiwilligen.

Passend zu allen Standard-OP-Tisch-Seitenschienen, 3/8 Zoll B x 1-1/8 Zoll H (0,95 cm x 3 cm). Die Clark-Halterung nimmt runde Montagepfosten mit einem Durchmesser bis 5/8 Zoll (1,6 cm) und rechteckige Montagepfosten von bis zu 1 Zoll x 3/8 Zoll (2,5 cm x 0,95 cm) auf.

Befestigung der Klemme am OP-Tisch

1. *Befestigen Sie die Schure Halterung XL mit dem Logo-Aufkleber nach oben an der Seitenschiene des OP-Tischs*
2. *Führen Sie den runden oder rechteckigen Pfosten in die Montageöffnung ein*
3. *Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um den Pfosten zu arretieren.*

Abnehmen der Klemme vom OP-Tisch

1. *Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Pfosten löst*
2. *Nehmen Sie die Halterung vom Pfosten*
3. *Nehmen Sie die Halterung von der Schiene ab.*

ALLGEMEINE ANGABEN
Abmessungen des Geräts (Maximum)

- *Länge: 4 Zoll +/- 0,5 Zoll (10 cm +/- 1 cm)*
- *Breite: 2,25 Zoll +/- 0,5 Zoll (6 cm +/- 1 cm)*
- *Tiefe: 2,25 Zoll +/- 0,5 Zoll (6 cm +/- 1 cm)*
- *Gerätegewicht: 1,5 +/- 0,5 Pfund (0,68 kg +/- 0,22 kg)*
- *Kann an einer beliebigen Stelle entlang der Schiene eines OP-Tischs befestigt werden*
- *Installation durch eine Person.*
- *Drehverschluss/Freigabehebel.*

ÜBERBLICK ÜBER DIE KOMPONENTEN

Die Schure Halterung XL ist eine OP-Tisch-Klemme, die sich an den Seitenschienen beliebiger OP-Tische befestigen lässt.

Siehe Abmessungen der Seitenschiene unten:
***US**: 0,374 Zoll x 1,122 Zoll (9,5 mm x 28,5 mm) Art.-Nr. 800-0134*
***Denyer**: 0,236 Zoll x 1,496 Zoll (6 mm x 38 mm) Art.-Nr. 800-0134-DEN*
***Europa**: 0,394 Zoll x 0,984 Zoll (10 mm x 25 mm) Art.-Nr. 800-0134-EU*
***Eschmann (UK)**: 0,236 Zoll x 1,260 Zoll (6 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-UK*
***Japan**: 0,354 Zoll x 1,260 Zoll (9 mm x 32 mm) Art.-Nr. 800-0134-JPN*
***Schweiz**: 0,394 Zoll x 1,181 Zoll (10 mm x 30 mm) Art.-Nr. 800-0134-SWISS*

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- *Produkt enthält kein Naturkautschuklatex*
- *Das Gerät unterstützt eine proportionale Patientenlast von bis zu 800 Pfund (363 kg) bei einer Patientengröße von bis zu 6 Fuß 4 Zoll (193 cm) gemäß dem 99 %-Körpermodell)*
- *Die Produktgarantie umfasst Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren*
- *Rufen Sie bei Transportschäden den Kundendienst unter (888) 724-8763 oder (781) 982-7000 an, um eine Warenrücksendenummer zu erhalten. Wenden Sie sich für Angelegenheiten hinsichtlich der Produktgarantie an den Kundendienst*
- *CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt gemäß MDR (EU) 2017/745*
- *Das Produkt ist wartungsfrei. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung den Zustand des Produkts*
- *Die Lebensdauer des Geräts beträgt bei normaler Nutzung 5 Jahre*
- *Lagern Sie das Gerät zwischen -4 °F und +86 °F (-20 °C bis 30° C).*

ENTSORGUNG

- ***Allgemein** - Produkt vor der Entsorgung reinigen und desinfizieren, um Infektionen vorzubeugen*
- ***Verpackung** - Verpackungsmaterial gemäß nationaler Anforderungen im Hausabfall entsorgen*
- *SchureMed nimmt gebrauchte oder außer Betrieb genommene Produkte zurück. Andernfalls können Sie das Produkt gemäß der nationalen Anforderungen entsorgen.*

WARNUNGEN ZUR PRODUKTVERWENDUNG

WARNUNG! *Die Höchstlast darf nicht die proportionale Last eines Patienten mit Gewicht 800 Pfund (363 kg) überschreiten. Bei Operationstischen mit geringer Höchstlast darauf achten, dass die Zubehörschienen nicht überlastet werden. Befolgen Sie strikt die Bedienungsanleitung Ihres OP-Tischsystems.*

***WARNUNG!** Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, wenn es offensichtliche Anzeichen von Schäden oder Funktionsstörungen aufweist. Wenden Sie sich vor der Wiederverwendung an den Hersteller.*

EMPFEHLUNGEN ZUR REINIGUNG

Befolgen Sie für angemessene Reinigungs- und Desinfektionsverfahren die aktuellen Richtlinien der Association of periOperative Registered Nurses.

VORSICHT!
Befolgen Sie strikt die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Reinigungsflüssigkeiten. Verwenden Sie KEINE phenolhaltigen Reinigungsmittel.

1. *Entfernen Sie größere Verunreinigungen mit Einwegmaterialien vom Zubehör. Befolgen Sie angemessene Verfahren zur Entsorgung biogefährlicher Abfälle*
2. *Tragen Sie reichlich Reinigungsmittel auf das Zubehör auf und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, bis alle Feuchtigkeit und Reinigungsmittel-Rückstände vom Zubehör entfernt sind*
3. *Lassen Sie das Zubehör trocknen.*

BENUTZERHINWEIS
Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Gerät ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig ist.

UDI Basis-UDI-DI: 081001460F0010DK

eIFU Sprachversionen
Um die Gebrauchsanweisung herunterzuladen und auszudrucken, gehen Sie auf http://www.schuremed.com/schuremed-eifu.

Symbolglossar

Symbol	Titel	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Gibt den Hersteller des Medizinprodukts an.
EC REP	Autorisierter Beauftragter in der Europäischen Gemeinschaft	Gibt den autorisierten Beauftragten in der Europäischen Gemeinschaft an.
	Verfallsdatum	Gibt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
LOT	Chargencode	Gibt den Chargencode des Herstellers an, damit die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
REF	Katalog- oder Artikelnummer	Gibt die Katalog- oder Artikelnummer des Herstellers an, damit das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
SN	Seriennummer	Gibt die Seriennummer des Herstellers an, damit ein bestimmtes Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Vorsicht	Zeigt an, dass bei der Bedienung des Geräts oder der Steuerung in der Nähe des Symbols Vorsicht geboten ist, oder dass die aktuelle Situation die Aufmerksamkeit des Bedieners oder das Eingreifen des Bedieners erfordert, um unerwünschte Folgen zu vermeiden.
MD	Medizinisches Gerät	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt handelt.
UDI	Unique Device Identifier	Zeigt an, dass ein Barcode Informationen zur einmaligen Produkterkennung enthält.
CE	CE-Kennzeichnung	Europäische Konformität.
	Zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten	Zeigt an, dass es sich bei dem Artikel um ein Medizinprodukt zum einmaligen Gebrauch durch einen Patienten handelt.

Hersteller
SchureMed (081001460)
452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA
Gebührenfrei (888) 724-8763 | **Tel** (781) 982-7000 | **Fax** (781) 982-7001 | **orders@schuremed.com**

CE MD

EC REP **Autorisierter Beauftragter**
Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, Niederlande